



AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD UN AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto: fornitura di Plasma Cleaner- . CIG: Z3C116DD65

L'Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" del C.N.R, necessita dell'acquisto di un sistema di plasma cleaner

Con la presente si richiede Vs migliore offerta economica per la fornitura appresso descritta avente le seguenti caratteristiche:

Case di dimensioni ridotte max 500 mm x 500 mm x altezza 200 mm; controllo del canale gas attraverso due valvole ad ago; camera per il vuoto in vetro borosilicato di almeno 100 mm di larghezza (sezione quadrata o tonda) e almeno 300 mm di lunghezza o contenente almeno 2,5 litri. Generatore con le seguenti caratteristiche: 40 kHz di frequenza e potenza fino a 100 W; pompa per il vuoto con portata di almeno 3,0 m³/ora. Inclusi costi di trasporto e spedizione.

Importo presunto: € 5.100,00 (Cinquemilacento)

La Vs. offerta dovrà contenere la garanzia e l'assistenza offerta, dovranno inoltre essere riportati i termini di consegna della fornitura presso i ns magazzini con i relativi costi.

L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona in grado di impegnare l'Impresa, redatta in carta semplice, dovrà pervenire a mezzo fax al numero 055.5226488 o via P.E.C: [protocollo.ifac@pec.cnr.it.](mailto:protocollo.ifac@pec.cnr.it), a mezzo posta al seguente indirizzo: IFAC-CNR Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) entro le ore 12,00 del giorno 05/11/2014

Nell'offerta economica si chiede di riportare le seguenti dichiarazioni:

- di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del d.lgs 163/2006;
- di impegnarsi a rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 3 L.136/2010

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni a decorrere dalla data di collaudo favorevole.
Il collaudo dovrà essere realizzato entro 30 giorni dalla data di ricezione della merce.

Il RUP è il sig. Paolo Matteini. Tel: 055 5225534; mail: p.matteini@ifac.cnr.it.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento

Cordiali Saluti.

Sesto Fiorentino, 27-10-2014

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Paolo Matteini

Il Direttore
Dott. Roberto Pini

IFAC - CNR - IFAC	
Tit: IX.3	Cl: ACQUISIZIO F:
N. 0004146	28/10/2014

