

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD UN AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto: fornitura di una termocamera IR e ottiche - . CIG: ZF11AC92B3

L'Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" del C.N.R., necessita dell'acquisto di una **termocamera LWIR per R&D**

Con la presente si richiede Vs migliore offerta economica per la fornitura appresso descritta avente le seguenti caratteristiche:

- Tipo di sensore: FPA non raffreddato
- Risoluzione minima: 320x240 pixel
- Range di temperatura misurabile: -20 - 250 °C o superiore
- Accuratezza minima: $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- Range spettrale: 7.5 – 13 μm
- Sensibilità termica: 50 mK
- Framerate video minimo: 60 Hz
- Output: digitale, con connettività USB o Ethernet Gigabit
- Input: digitale TTL compatibile
- Messa a fuoco: manuale
- Possibilità di sostituire l'ottica, e disponibilità di lente con angolo di campo di almeno 45° e lente con angolo normale (circa 30°)

Importo a base d'asta: € 12000

Il Vs preventivo dovrà contenere la garanzia e l'assistenza offerta, dovranno inoltre essere riportati i termini di consegna della fornitura presso i ns magazzini con i relativi costi.

La scelta della migliore offerta avverrà a seguito di una negoziazione sulla base dei seguenti criteri negoziali posti in ordine decrescente di importanza:

- caratteristiche tecnologiche e flessibilità d'uso delle apparecchiature offerte;
- termini di garanzia e qualità del servizio di assistenza.

L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona in grado di impegnare l'Impresa, redatta in carta semplice, dovrà pervenire via P.E.C: protocollo.ifac@pec.cnr.it, all'attenzione di: Francesca Rossi, entro le ore 19:00 del giorno 5 settembre 2016

Nell'offerta economica si chiede di riportare le seguenti dichiarazioni:

- di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs 50/2016;
- di impegnarsi a rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 3 L.136/2010

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni a decorrere dalla data di collaudo favorevole.

Il collaudo dovrà essere realizzato entro 30 giorni dalla data di ricezione della merce.

Per qualsiasi chiarimento potete contattare il Rup: Dr.ssa Francesca Rossi.

Tel: 0555225337 mail: f.rossi@ifac.cnr.it

Cordiali Saluti.

Sesto Fiorentino, 29 luglio 2016

Il Direttore
Dr. Roberto Pini